



## Desinfeksjon / renhold av pasientnært rullende utstyr

D32875

 Utgave:  
4.01

 Gjelder fra:  
21.02.2023

Side 1 av 2

### Hensikt og omfang

Å hindre smitteoverføring fra urent materiell til pasienter, personale og miljø. Dette omfatter rullende utstyr med direkte / indirekte kontakt med pasienter eller infisert materiale.

### Ansvar/Målgruppe

Alle som håndterer rullende materiell.

### Handling

Når utstyr brukes av flere pasienter, skal det være faste rutiner for renhold og evt. desinfeksjon.

Den enkelte avdeling må lage egne prosedyrer på spesialutstyr.

Alt rullende materiell/utstyr som tåler rengjøring og desinfeksjon med godkjente desinfeksjonsmidler, skal utføres før det settes på rent lager.

Synlig forurensning på rullende materiell skal fjernes umiddelbart.

<b>Renhold</b> innebærer; Fuktig klut med mildt såpevann	<b>V=Virkon, P=Perasafe. S=70 % sprit NB! Sprit kan bare benyttes på tørre synlig rene flater. <a href="#">Tabell kjemiske desinfeksjonsmidler</a></b>
---	--

Utstyr	Renhold	Kjemisk desinfeksjon	Kommentar
I.v. stativ	Daglig	V, P el. S (synlig ren og tørr overflate)	
Nattbord	Daglig	V, P el. S (synlig ren og tørr overflate)	
Gåstol, trillebord o.l.	Daglig	V, P el. S (synlig ren og tørr overflate)	
Skjerm Brett	Daglig	V, P, el. S på selve stativet. Trekk sendes til vaskeri	Trekket skiftes ved synlig søl. Vaskes to ganger/år
Rullestol	Daglig, spesielt viktig på berøringspunkter	V, P, el. S	Det må lages et system som sikrer renholdet. Rengjøres mellom hver pasient.
Dostol	Daglig	Smitte eller synlig søl: V el. P	Tilstrebe at dostolen er pasientbundet, alltid ved C difficile
Journaltralle/ medisintralle	Hver uke innvendig Hver mnd utvendig	--	--
Pasientseng	Ukentlig og ved synlig forurensning	Smitte: V el. P	<a href="#">Se egen prosedyre</a>

[SI/22.07.01-01](#)

[Desinfeksjonsmidler - kjemiske \(tabell\)](#)

[EX.01.13-03](#)

[Renhold av senger, madrasser, dyner og puter](#)

[EX.01.13-09](#)

[Desinfeksjon - tabell for kjemiske desinfeksjonsmidler](#)

[EX.01.13-10](#)

[Desinfeksjon - Virkon. Plakat blandingsprosedyre](#)

[EX.01.13-11](#)

[Desinfeksjon - PeraSafe. Plakat blandingsprosedyre.](#)