



## Peritonealdialyse - Akutt start

D50448

 Utgave:  
2.00

 Gjelder fra:  
19.06.2024

Side 1 av 2

### Hensikt og omfang

- Forebygge komplikasjoner hos pasient hvor peritonealdialyse (PD) startes akutt, dvs. under 2 uker etter anlagt dialysekateter.

### Ansvar/målgruppe

- PD-sykepleiere, sykepleiere og annet helsepersonell på nyre sengepost.

### Handling

#### Bakgrunn

- Når peritonealdialysebehandling startes på pasient tidligere enn 14 dager etter kateterinnleggelse, er det fare for lekkasje av dialysevæske fra bukhulen
- Det forordnes et skånsomt behandlingsregime, fortrinnsvis APD med fyllingsvolum 1000-1250 ml, ev. tidal program og tom buk på dagtid. Svakeste glukoseløsning benyttes vanligvis og behandlingstiden er som regel 12 timer, kan ev. fordeles på natt og dag.
- CAPD med fyllingsvolum 1 liter x 2-4, etter legens forordning, kan også benyttes
- Etter hvert forordnes nye regimer med større fyllingsvolum, høyere tidalprosent og ev. sterkere glukoseløsninger

#### Forholdsregler/Observasjoner

- Pasienten skal være sengeliggende under dialysen. Hodeenden på senga kan heves til maks 20 grader.
- Pasienten kan snu seg forsiktig over på siden, hvis det blir ubehagelig å ligge på ryggen hele tiden
- All mobilisering skal foregå med tom buk
- Ved APD skal ev. toalettbesøk foregå etter tømning og før ny fylling. Displayet på maskinen viser hvor den er i behandlingen. Maskinen stoppes helt i slutten av en tømingsfase eller helt i begynnelsen av en fyllingsfase. Følg prosedyre: [Peritonealdialyse - APD, nattmaskin Baxter](#), ev. [Peritonealdialyse - APD, nattmaskin Fresenius](#)
- Observer ev. lekkasje rundt kateterutgang/exit site og operasjonssår. Dialysevæsken kan også lekke ut til subcutant vev og genitalia. Ved mistanke om lekkasje, kontakt lege og tøm buken.
- Bandasjen bør skiftes ved betydelig lekkasje. Følg lokal prosedyre.
- Obstipasjon kan hindre fritt løp under tømning. Observer og dokumenter når pasienten har avføring. Avføring daglig bør tilstrebes og de fleste har behov for laksantia.
- Kontroller og dokumenter daglig eller hyppigere, etter forordning av lege.
  - Vekt, blodtrykk, væskebalanse og blodprøver.

Utgave: 2.00	<b>Peritonealdialyse - Akutt start</b>	D50448 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

## Referanser

[SI/17.21-34](#)

[SI/17.21-35](#)

[Peritonealdialyse - APD, nattmaskin Baxter](#)

[Peritonealdialyse - APD, nattmaskin Fresenius](#)

## Eksterne referanser

1. Oslo Universitetssykehus. Akutt oppstart av Peritoneal dialyse til voksne. [Internett]. [hentet 17.09.2021]. Tilgjengelig fra: <https://ehandboken.ous-hf.no/document/6130>
2. Ghaffari A. Urgent-start peritoneal dialysis [Internett]. UpToDate; Jan 22, 2021. [Oppdatert: Aug. 2021 Hentet: 17.09.2021]. Tilgjengelig fra: <https://www.uptodate.com/contents/urgent-start-peritoneal-dialysis>