



Infusjon - Bruktid for infusjonssett

D09243

 Utgave:
5.00

 Gjelder fra:
31.03.2024

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Forebygge alvorlig kateterassosiert infeksjon og blodbaneinfeksjon.
Beskriver skiftefrekvens av infusjonssett ved infusjon av ulike væsker.

Ansvar/målgruppe

Leger og sykepleier som har fått opplæring i håndtering av intravaskulære katetre (perifere og sentrale).

Handling

- Benytt [Prinsipper for aseptisk teknikk ved ikke-kirurgiske prosedyrer](#) og sterilt infusjonsutstyr
- Frakobling skal skje mellom infusjonssett og pose og ikke ved kobling til kateteret, dersom flere infusjonsposer benyttes
- Merk infusjonssett med dato og klokkeslett
- Kateterspissen skal ikke sendes inn rutinemessig til bakteriologisk dyrkning, når kateteret fjernes av andre grunner

Skifte av infusjonssett

Infusjon	Kommentar
Intermitterende infusjon	Skift infusjonssettet hver 24. time ved intermitterende infusjon.
Ved kontinuerlig infusjon med klare væsker	Det er ikke nødvendig å skifte infusjonssett oftere enn hver 4. dag (96 timer).
Blod og blodprodukter	Skift transfusjonssettet umiddelbart etter hver avsluttet transfusjon av blod og blodprodukter og senest innen 6 timer etter oppstart av infusjonen.
Lipidemulsjoner og total parenteral ernæring	Skift infusjonssettet senest innen 24 timer etter infusjonsstart av lipidemulsjoner og total parenteral ernæring. Ved bruk av uforynnnet Propolipid må infusjonssett skiftes etter 12 timers bruk.

Referanser

[SI/17.34-02](#)
[Prinsipper for aseptisk teknikk ved ikke-kirurgiske prosedyrer](#)
[SI/17.34-01](#)
[Hånddesinfeksjon](#)
[SI/17.34-02](#)
[Håndvask](#)
[SI/22.02-01](#)
[Basale smittevernrutiner](#)

