



Øye - Phacotrabeulectomi

D50519

 Utgave:
1.02

 Gjelder fra:
24.05.2023

Side 1 av 2

Lokalisering	Inngrepet utføres på Øyeavdelingen, Elverum
Definisjon	Kombinert cataract- og trabeculectomi-operasjon. Fjerne cataract ved å sette inn ny intraocular linse (IOL) Senke intraoculært trykk (Grønn stær/Glaucom)
Preoperativ forberedelse	<ul style="list-style-type: none"> • 1 gr. Paracet brusetbl. • Måle trykk • Cyclopentolat øyedråper x 1-2 • Metaoxidrin øyedråper x 1-2 • Voltaren øyedråper x 1 <p>Ved legens forordning, administrer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diamox 250 mg • 1 tbl. Sobril 10 mg <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelser i operasjonsslusen <p>Påkledning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hette • Kladd i nakken • Frakk
Leie	<ul style="list-style-type: none"> • Ryngleie • Pute under knærne • Hodet i isopor/vakumpute • Armene fri eventuelt på polstret armbord
Anestesi	<ul style="list-style-type: none"> • Øyedråper: Tetrakain 1 %, 4-5 dråper • Eventuelt Subtenonal injeksjon: Lidocain 20mg/ ml. Spør lege, før medikament trekkes opp
Hud-desinfeksjon	Følg prosedyre Øye - Preoperativ desinfeksjon med Betadine 5%
Utstyr	<ul style="list-style-type: none"> • Standardpakke Innlandet • Mikroskopknotter store og små • Cataract-/glaucomskrin • Slangesett OPO71 • Phacoskrin • Diatermi/phacomaskin • Viscoelastica • Mani Ophthalmic Knife Slit-Angled 2,4 mm • Clearcut Sideport Knife Dual Bevel 1,2 mm • Crescent Knife Angled Bevel Up • Ophthalmic Knife 15 grader • Tetracain 1 % på bordet • 500 ml BSS skyllevæske tilsettes 0,5 ml adrenalin 1 mg/ml.

	<ul style="list-style-type: none">• Cefuroxim (Aprokam 50 mg). Istandgjøring og administrering jfr. Felleskatalogen:<ul style="list-style-type: none">• Løse opp ett hetteglass Aprokam 50 mg pulver, inneholder 50 mg cefuroxsim, i 5 ml NaCl 9 mg/ml. Bruk aseptisk teknikk.• Benytt en filterkanyle (rødt hylster) til å trekke opp cefuroxsim fra hetteglasset. Dette er for å unngå eventuelle mikro-krystaller intracameralt i øyet.• Øyelege injiserer 0,1 ml (1 mg) Aprokamoppløsning i forkammeret. Løsningen er holdbar ca. 5 timer i romtemperatur, og 24 timer i kjøleskap.• 1 filterkanyle• 1 pk filterpapir• 1 sterilt medisinbeger• Evt. Miochol-E 10 mg/ml, ikke ta opp• Evt. Atropin 10 mg/ml• Kloramfenikol salve 1 %• Dekk bare 1 bord til begge operasjonene
Suturer	<ul style="list-style-type: none">• Mani 10-0 Nylon 1404 S/ 5 cm• Vicryl rapid 8-0 (Evt. Vicryl 8-0)• Holdetråd: Vicryl 7-0 (DeLuca), Evt. Silke 6-0 6-1) (Dr Fylking)
Merknader	<ul style="list-style-type: none">• Operatør sitter først på siden av aktuelt øye, deretter kl. 1200 Sideoptikken flyttes til det aktuelle øyet

Referanser

[SI/17.26-14](#)

[Øye - Preoperativ desinfeksjon med Betadine 5%](#)

[Felleskatalogen](#)