

## Operasjon - Expander protese påfylling

D50918

 Utgave:  
1.01

 Gjelder fra:  
04.04.2022

Side 1 av 2

### Hensikt og omfang

Sikre at sykepleiere utfører prosedyren korrekt, og at pasienten er godt ivaretatt.

### Ansvar/målgruppe

Sykepleier og lege ved kirurgisk poliklinikk Hamar.

### Definisjon

*Expanderprotese:* en ballong av silikon med ventil som legges inn under brystmuskelen. Størrelsen økes gjennom innsprøyting av sterilt saltvann gjennom ventilen. Det er da mulig å øke, eventuelt minske brystvolumet gradvis til ønsket størrelse.

### Handling

- Første påfylling etter operasjonen er alltid hos operatør
- Videre påfyllinger er hos plastikk sykepleierne iht info fra operatør
- Siste påfylling er alltid hos operatør for å bestemme videre opplegg, småjustere størrelse, bestille permanent protese, bestemme symmetrialiserende inngrep
- Lav terskel om å kalle på operatør hvis det er tegn til: infeksjon, hematom, mye serom, deflatering av protese, forflytning av valven

### Utstyr

- Sterilt vaskesett
- Grønn nål 0.8x50 mm
- Arteriepinnsett
- Liten steril bolle
- Sprøyte 50 ml med luerlokk
- Mepore Plaster
- Sterile hansker
- Klorhexidin sprit 5 mg/ml
- Nacl 9 mg /ml

### Pasientforberedelser

- La pasienten ligge i godt leie
- Identifiserer valven med magneten, dette gjøres minst 3-4 ganger
- Marker innstikksted med penn
- Desinfiserer feltet med klorhexidin 5 mg/ml, starte vaske sentralt og utover 5 ganger

Utgave: 1.01	<b>Operasjon - Expander protese påfylling</b>	D50918 Side 2 av 2
-----------------	---	-----------------------

### **Sykepleier kontakter plastikk-kirurg**

- Hematom
- Mye serom
- Deflatering av protese
- Forflytting av valven
- Når protesevalven ikke er midtstilt
- Ved tegn på infeksjon

### **Referanser**

Helsedirektoratet: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft. [Internett]. [Oppdatert; 15.10.2021; hentet 31.03.mars 2022]  
Tilgjengelig fra: <https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/brystkraft/forord>