

Endoskopi - GI blødning, behandling

D55674

Utgave:
1.00

Gjelder fra:
17.02.2026

Side 1 av 2

Hensikt og omfang

Sikre riktig endoskopisk behandling i forbindelse med å stanse blødning i øvre GI traktus.

Ansvar/målgruppe

- Lege og sykepleier på sengepost har ansvar for å melde opp og forberede inneliggende pasienter til undersøkelsen. Pasienten henvises gastrolab etter lokal prosedyre.
- Sykepleier på gastrolab klargjør utstyr, informerer og forbereder pasienten.
- Lege på gastrolab utfører prosedyren, 2 sykepleiere fra gastrolab med tilstrekkelig opplæring assisterer.

Forberedelse

- Forberedelse som til gastroskopi [Gastroskopi - Forberedelse, gjennomføring og observasjon- inneliggende og polikliniske pasienter](#)
- Se prosedyre [Hematemese - melena](#)
- Pasienten skal være sirkulatorisk/hemodynamisk stabilisert og tilsett av lege før endoskopi. Hastegrad og anestesibistand skal være vurdert.
- Erytromycin vurderes av ansvarlige lege før undersøkelse, dette ordineres på Metavisionkurve.
- Sikre god intravenøs tilgang (to perifere venekatetre).

Utstyr

- Påse at diverse utstyr for å stoppe blødning er tilgjengelig inne på rommet. Om skopien skal gjøres på intensiv eller annet sted enn gastrolab, må aktuelt akuttutstyr tas med.
- Oppdekking som ved gastroskopi.
 - Gastroskop med stor arbeidskanal.
 - Distalhette som passer til skop
 - Utstyr til adrenalinoppløsning
 - Skleroseringsnål
 - Hemostase-klips
 - Hemospray eller Nexpowder
 - Biovac – et kraftigere ekstrasug
 - Gullprobe
 - Coagrasper
 - Tilgjengelig diatermi/ evt. argon
 - OTSC clips

Utgave: 1.00	Endoskopi - GI blødning, behandling	D55674 Side 2 av 2
-----------------	--	-----------------------

- APC-rach
- Utstyr til behandling av variceblødning som speedband, lim, histoacryl og blødningsstent.
- Evt. sengstaken sonde

Handling

Lege avgjør hvilken behandlingsmåte som skal brukes etter å ha lokalisert blødningskilde.

- Hemostase-klips:
 - Følg leverandørs bruksanvisning
- Injeksjonsbehandling med adrenalin:
 - 2 ml Katastrofeadrenalin 0,1mg/ml blandes med 8 ml NaCl 9 mg/ml i 10 ml Sprøyte. Settes med injeksjonsnål.
- Hemo spray/nextpowder
 - Følg leverandørs bruksanvisning
- Gullprobe
 - Til koagulering av kar. Bruk av bipolar strøm.
- Coagrasper
 - Bruk av diatermi
- OTSC
 - Stor klips som brukes for å lukke en stor sårflate
- Speedband/vevslim/histoacryl/blødningsstent
 - Til behandling av variceblødning
- [Endoskopi - Fundusvaricer med vevslim, behandling](#)
- Blødningsstent ELLA/DANISTENT
 - Settes ved ukontrollert variceblødning, skal fjernes innen 1 uke.
- Sengstaken sonde
 - Settes av anestesipersonell/gastropersonell ved ukontrollert fundus/øsofagusvariceblødning.

Etter undersøkelsen

Videre observasjon og behandling bestemmes av ansvarlig lege.

Referanser